

CAVITRON

EQUIPO DE LIMPIEZA DENTAL DE
ULTRASONIDO





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ENTRADA ADAPER	100-240 v - 50/60 Hz
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN DE LA PUNTA DE SALIDA	28kHz ± 3KHz
PRESIÓN DE AGUA	0.01 Mpa a 0.5 Mpa
PESO DE LA UNIDAD PRINCIPAL	0.55 kg
PESO DEL ADAPTADOR	0.85 kg
MODO DE FUNCIONAMIENTO	Operación continua
LUZ LED	AMBAR interna en pieza de mano
PUNTAS	5 piezas
CERTIFICACIÓN DE CALIDAD	CE / FDA / ISO
CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO	Clase II