

VERGERY

ELECTROBISTURÍ DE
ALTA FRECUENCIA



CARACTERÍSTICAS

Vergery es un electrobisturí de alta frecuencia ideal para intervenciones de cirugía de precisión monopolar y bipolar.

A través de la selección de sus funciones permite trabajar corte puro CUT, incisiones con escasa producción de escaras ENHANCED, corte coagulado BLEND, coagulación superficial FORCED COAG, coagulación profunda con ausencia de carbonización SOFT COAG y coagulación bipolar BIPOLAR. La lectura digital de la potencia emitida y el control a través del microcontrolor de las funciones operativas, asegura la absoluta confiabilidad de las condiciones de trabajo.

Vergery permite una cirugía altamente profesional gracias a las soluciones ergonómicas y de seguridad adoptadas. La conexión del electrodo neutro es continuamente monitorizada y, si se utiliza el electrodo neutro de campo doble, el equipo muestra el valor de la impedancia del contacto entre electrodo neutro/paciente. La posibilidad de cambiar las funciones y de controlar la emisión de potencia desde el mango permite efectuar intervenciones quirúrgicas sin desviar la atención del campo operatorio.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

POTENCIA MÁXIMA DE CORTE	200 W-300 Ω
POTENCIA MÁX BLEND	150 W-300 Ω
POTENCIA MÁX ENHANCED	150 W-300 Ω
POTENCIA MÁX FORCED COAG	150 W-800 Ω
POTENCIA MÁX SOFT COAG	100 W-200 Ω
POTENCIA MÁX SPRAY COAG	100 W - 1000 Ω
POTENCIA MÁX BIPOLAR CUT	100 W - 50 Ω
POTENCIA MÁX BIPOLAR COAG	100 W - 50 Ω
POTENCIA MÁX VESSEL SEALING	200 W - 25 Ω
FRECUENCIA DE TRABAJO	360 kHz
TIEMPO DE EMICIÓN DE LA POTENCIA	RF 10 ms - 30 se
INTERVALO DE IMPULSOS DE LA POTENCIA	RF 1 - 30
ELECTRODO NEUTRO	F
ALIMENTACIÓN	115 - 230 Vac
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN	50 - 60 Hz